



AUD/SA 06-01 Auditliste Sterilisation

Standard	ja	nein	nzt	Nr.
Wie viele Chargen werden pro Zeiteinheit (Woche, Monat)				
Wird für Dritte aufbereitet?				
Welche Verfahren werden angewandt für Desinfizierende Reinigung Sterilisation				
Sind die Medizinprodukte nach RKI-Richtlinie eingestuft?				
Bestandsverzeichnis der Geräte?				
Gerätehandbücher für Waschmaschinen, Sterilisator, Einschweißgerät usw.?				
Werden Implantate sterilisiert? Herzschrittmacher?				
Liegen die maßgebenden Rechtsvorschriften und Standards vor?				
Nachweise für Personalschulung				
Organigramm, Verantwortlichkeiten				
Bauzeichnungen der Räume (Flurplan)				
Hygienepläne für die Sterilisationsabteilung				
Durchführung der Reinigung				
Kennzeichnung der Medizinprodukte				
Meldung über Vorkommnisse				
Gebrauchsanweisungen am Gerät				
Belüftung der Räume? Fenster? Klima-Anlage? Raumluftechnische Überprüfungen?				
Verfahrensbeschreibungen für Sterilisation?				
Verfahrensbeschreibung Aufbereitung?				
Reinigungs- und Desinfektionsmittel DGHM gelistet?				
VE-Wasser in der Spülmaschine?				

Standard	ja	nein	nzt	Nr.
Prüfung auf ordnungsgemäße Funktion arbeitstäglich (Leer-, Vakuum, Bowie-Dick-Test)				
Mikrobiologische Prüfungen der Spülmaschinen (DEWA-Tests), des Wassers?				
Transport in geschlossenen Behältern?				
Vorkommnismeldung geregelt?				

Auditor:

Ort:

Datum:

W:\Aktiv\GHP\3.7QMK\3.7.10_05_IQ_Audithandbuch\AUD_SA_06_01_QM_CL__Dampfsterilisation.docx