

Anlage zu Audit im Labor AUD/SA/09-04

Abweichungsbericht

Lfd. Blatt-Nr.: 0 von .0Blättern

Laboratorium *

<input checked="" type="checkbox"/> Internes Audit	<input type="checkbox"/> Überwachung der Akkreditierung
<input type="checkbox"/> Akkreditierung	<input type="checkbox"/>

Name/Bezeichnung der begutachteten Stelle:

Institut für Medizinische Mikrobiologie und Immunologie

Abweichung:	Normbezug / Bemerkung		
Punkt 4: Augenduschen regelmäßig überprüfen und dokumentieren			
Abweichung	<input type="checkbox"/> schwerwiegend	<input checked="" type="checkbox"/> geringfügig	
Nachbegutachtung vor Ort	<input checked="" type="checkbox"/>		
Erneute Dokumentenprüfung	<input type="checkbox"/>		
Korrekturmaßnahme:			
Voraussichtlicher Termin für die Beseitigung der Abweichung: (Bei Internen Audit nach max. 2 Monaten) 15. April 2003			
Hamburg, den Ort/Datum	Leiter der begutachteten Stelle (Unterschrift)	
	Begutachter (Name in Klarschrift) (Unterschrift)	
Korrekturmaßnahme erfüllt:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Auflage
ggf. Bemerkungen:			
.....	Begutachter (Unterschrift)	